

Gebrauchsinformation

Deutsch

coltène®

Speedex Universal Activator

Definition

Speedex Universal Activator ist eine Dentalabformmasse auf Silikonbasis.

Materialtyp

Polysiloxan, kondensationsvernetzendes Silikon-Elastomer.
Universal Aktivator: grün


Anwendungsgebiete

Universal Aktivator für Speedex putty (Löffelmaterial), Speedex light body (Korrekturmaterial) und Speedex medium (Korrekturmaterial).

Klinische Zeiten (Löffelmaterial)



Klinische Zeiten (Korrekturmaterial)



Gegenanzeigen

Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine bekannt.

Im Falle eines Kontaktes des Katalysators mit den Augen, diese mit viel Wasser ausspülen und den Augenarzt aufsuchen.

Anwendung

Nur zusammen mit Speedex putty / light body / medium. Bitte die Gebrauchsanweisungen der Basismaterialien beachten.

Haltbarkeit und Lagerung

Speedex erfüllt den vorgesehenen Zweck mindestens bis zum Verfalldatum, das auf den Behältnissen aufgeführt ist, bei gut verschlossenen Dosen, 15–23 °C / 59–73 °F und 50 % relativer Feuchtigkeit. Abformungen sind bei normaler Zimmertemperatur aufzubewahren. Hitze und Sonneneinstrahlung vermeiden. Tube nach Gebrauch sofort wieder verschließen, um ein Auskristallisieren des feuchtigkeitsempfindlichen C-Silikon-Härters zu vermeiden.

Markierung

Das Verfalldatum und die Chargennummer **LOT** sind auf den Behältnissen ersichtlich.

Herausgabe dieser Gebrauchsinformation

Oktober 2008

Abgabe nur an Zahnärzte und zahntechnische Labors oder in deren Auftrag.



Coltène/Whaledent AG (Manufacturer)

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

coltène
whaledent

Instructions for use

English

Definition

Speedex Universal Activator is a silicone-based impression material.

Material type

Polysiloxane, condensation-type silicone elastomer.
Universal activator: green

Indications

Universal Activator for Speedex putty (tray-material), Speedex light body (washmaterial) and Speedex medium (washmaterial).

Clinical Time (Traymaterial)



Clinical Time (Washmaterial)



Contra-indications

Provided that the product is used as directed, there are no known contra-indications.

In case of contact of the catalyst with the eyes, wash out with plenty of water and then consult the ophthalmologist.

Usage

Only use together with Speedex putty / light body / medium. Please carefully read instructions for use of base materials.

Shelf life and storage

Speedex fulfills the intended purpose at least until the expiry date, which is displayed on the containers, in well sealed containers at temperatures 15–23 °C / 59–73 °F and 50 % relative air humidity. Impressions should be stored at normal room temperature, avoid exposure to heat and sun. All C – silicone activators are moisture sensitive. Please ensure cap is replaced promptly after use to prevent crystallisation.

Caution

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Marking

The expiry date and number **LOT** are shown on the package and cartridge.

Date of issue

October 2008

Only supplied to dentists and dental laboratories or upon their instructions.

For MSDS see
www.coltenewhaledent.com

Mode d'emploi

Français

Définition

Speedex Universal Activator est un matériau d'empreinte en silicone.

Type de matériau

Polysiloxane, silicone réticulant par condensation.
Activateur universel: vert


Indications

Activateur universel pour Speedex putty (matériau du porte empreinte), Speedex light body et Speedex medium (matériaux de rebasage).

Temps cliniques (Matériau du porte empreinte)



Temps cliniques (Matériau de rebasage)



Contre-indications

Pas de contre-indication connue si le produit est utilisé conformément à son mode d'emploi.

En cas de contact de l'activateur avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un ophtalmologiste. Activateur universel non irritant.

Utilisation

N'employer qu'avec le Speedex putty / light body / medium. Bien lire le mode d'emploi de ces matériaux.

Durée de conservation et stockage

Les qualités du Speedex sont garanties jusqu'à sa date d'échéance indiquée sur l'emballage si le produit est correctement conservé dans un récipient clos à une température comprise entre 15–23 °C / 59–73 °F et un degré d'humidité relative de 50 %. Conserver les empreintes à température ambiante. Eviter l'exposition à la chaleur et aux rayons du soleil. Tous les activateurs de silicone C sont sensibles à l'humidité. Assurez-vous de replacer le bouchon rapidement après usage afin de prévenir la cristallisation.

Marquage

La date d'échéance et le numéro de **LOT** sont clairement indiqués sur les récipients.

Première publication de ce mode d'emploi

Octobre 2008

A ne livrer qu'aux dentistes ou aux prothésistes dentaires, ou selon leur instruction.

Información para el uso

Español

coltène®

Speedex Universal Activator

Definición

El Activador Universal de Speedex es un material de impresión con base de silicona.

Características del material


Silicona elastómero de condensación con polisiloxanos.

Activador Universal: verde


Indicaciones

Activador Universal para Speedex putty (material de cubeta), Speedex light body (material de registro) y Speedex medium (material de registro).

Tiempo clínico (Material de cubeta)



Tiempo clínico (Material de registro)



Contraindicaciones

No se conocen contraindicaciones siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso.

En el caso de que el catalizador entrara en contacto con los ojos, lave con abundante agua y acuda al especialista.

Aplicación

Usar exclusivamente con Speedex putty / light body / medium. Por favor lea detenidamente las instrucciones de los materiales de base.

Almacenamiento y conservación

Speedex mantiene sus propiedades inalteradas hasta la fecha de caducidad, que viene indicada en el envase, siempre y cuando se mantenga en buenas condiciones de almacenamiento a una temperatura de entre 15–23 °C / 59–73 °F y una humedad relativa del 50 %. Las impresiones se deben almacenar con la temperatura habitual de una habitación evitando su exposición al sol o cualquier fuente de calor. Todos los catalizadores de la silicona C son sensibles a la humedad. Por favor asegúrese de poner el tapón después de su uso para evitar la cristalización.

Marca

La fecha de caducidad y el número de **LOT** pueden verse en los recipientes.

Publicación de esta información

Octubre 2008

Usado permitido exclusivamente a dentistas y laboratorios protésicos o bajo su recomendación.

Informazioni per l'uso

Italiano

Definizione

L'attivatore universale Speedex è un materiale per impronta a base siliconica.

Tipo di materiale

Elastomero siliconico, a polimerizzazione per condensazione, polisiloxano.

Attivatore universale: verde


Indicazioni

Attivatore universale per Speedex putty (materiale per portaimpronta), Speedex light body (materiale per correzione) e Speedex medium (materiale per correzione).

Tempi clinici (Materiale per portaimpronta)



Tempi clinici (Materiale per correzione)



Controindicazioni

Se il prodotto viene utilizzando seguendo le istruzioni date, non esistono controindicazioni conosciute.

In caso l'attivatore venga a contatto con gli occhi, sciacquare con acqua abbondantemente ed eventualmente consultare un medico oculista.

Utilizzo

Utilizzare solamente con Speedex putty / light body / medium. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso del materiale di base.

Stoccaggio

Speedex svolge le funzioni a cui è destinato almeno fino alla data di scadenza, che è indicata sulle confezioni, se tenuto in buone condizioni di stoccaggio ad una temperatura di 15–23 °C / 59–73 °F con 50 % di umidità relativa. Le impronte devono essere stoccate a normale temperatura ambiente, evitando l'esposizione diretta al calore e ai raggi solari. Tutti gli attivatori di silicone C sono sensibili all'umidità. Assicurarsi che il cappuccio venga chiuso prontamente dopo l'utilizzo al fine di prevenire la cristallizzazione.

Marcature

La data di scadenza e il numero di **LOT** sono indicati sulle confezioni e sulle cartucce.

Data di emissione delle istruzioni per l'uso

Ottobre 2008

Fornire il materiale solamente ai medici dentisti e ai tecnici di laboratorio o a persone da loro incaricate.

Bruksanvisning

Svenska



Definition

Speedex Universal Aktivator är en dentalavtrycks-massa på silikonbasis.

Materialtyp

Polysiloxan, kondensationshärdande silikon-elastomer.

Universal aktivator: grön


Användningsområde

Universal aktivator för Speedex putty (skedmaterial), Speedex light body (korrekturmaterial) och Speedex medium (korrekturmaterial).

Kliniska arbetstider (Skedmaterial)



Kliniska arbetstider (Korrekturmaterial)



Kontraindikationer

Vid användande i avsett ändamål inga bekant.

Om universalaktivatorn kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med vatten och uppsök ögonläkare.

Användning

Bara tillsammans med Speedex putty / light body / medium. Beakta basismaterialets bruksanvisning.

Hållbarhet och lagring

Speedex Universal Aktivator uppfyller sitt förutsedda ändamål till det förfallodatum som återfinns på förpackningen, vid väl förslutna burkar, 15–23 °C / 59–73 °F och 50 % relativ luftfuktighet. Avtryck skall förvaras vid normal rumstemperatur. Undvik värme och solbestrålning. Alla K-silikoners aktivatorer är fukt känsliga. Försäkra er därför att locket till tuben är stängd efter användan för att undvika kristallisering.

Markering

Förfallodatum och **LOT** -nr befinner sig på förpackningen.

Bruksanvisningen utgiven

Oktober 2008

Utlämnas endast till tandläkare eller tandteknisk personal eller i dessas uppdrag.

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

coltène®

Speedex Universal Activator

Definitie

Speedex Universal Activator is een component voor afdruk materiaal op silicone-basis.

Materiaaltype

Polysiloxane, condensatietype silicone elastomer
Universele activator: groen


Indicaties

Universele activator voor Speedex putty (lepelmat-
riaal), Speedex light body (correctiemateriaal) en
Speedex medium (correctiemateriaal).

Klinische verwerkingstijd (Lepelmateriaal)



Klinische verwerkingstijd (Correctiemateriaal)



Contra-indicaties

Bij gebruik van het produkt zoals voorgeschreven, zijn er geen contra-indicaties gekend.

Als de katalysator in contact komt met de ogen, spelen met veel water en een oogarts raadplegen.

Gebruik

Gebruik het produkt enkel samen met Speedex putty / light body / medium. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing alvorens de basismaterialen te gebruiken.

Houdbaarheid en bewaring

Indien het produkt bewaard wordt bij 15–23 °C / 59–73 °F en 50 % relatieve luchtvochtigheid voldoet Speedex aan de voorbestemde doeleinden ten minste tot aan de vervaldatum zoals vermeld op de verpakking en bewaard in goed gesloten verpakking. Afdrukken moeten bewaard worden bij normale kamertemperatuur. Vermijd blootstelling aan hitte en zon. Alle activatoren van C - silicones zijn gevoelig voor vocht. Sluit de tube meteen na gebruik weer af met de afsluitdop om kristallisatie te voorkomen.

Markering

De vervaldatum en het **LOT** nummer staan vermeld op de verpakking en op de cartridge.

Uitgiftedatum

Oktober 2008

Enkel geleverd aan tandartsen en tandheelkundige laboratoria of op hun aanvraag.

Brugsanvisning

Dansk

Definition

Speedex Universal Activator er et silikonebaseret aftryksmateriale.

Materialetype

Elastisk K-silikone aftryksmateriale (polysiloxan).
Universal activator: grøn

Indikationer

Universal aktivator til Speedex putty (skemate-
riale), Speedex light body (sprøjtemateriale) og Speedex
medium (sprøjtemateriale).

Tidsskema (Skemateriale)



Tidsskema (Sprøjtemateriale)



Kontraindikationer

Under forudsætning af at produktet anvendes som beskrevet, er der ingen kendte kontraindikationer.

I tilfælde af katalysator i øjnene vaskes med rigelige mængder vand, og øjenlæge konsulteres.

Anvendelse

Kun til anvendelse sammen med Speedex putty / light body / medium. Læs omhyggeligt brugsanvisningen for disse produkters base-materialer.

Holdbarhed og opbevaring

Ved opbevaring i omhyggeligt tillukket emballage ved temperatur på 15–23 °C / 59–73 °F og relativ luftfugtighed på 50 %, kan Speedex anvendes til de beskrevne indikationer mindst indtil udløbsdatoen, som er trykt på emballagen. Aftryk skal opbevares ved normal stuetemperatur, undgå stærk varme og sollys. Alle C-silikone aktivatorer er fugt sensitive. Sæt derfor låget på lige efter brug, for at forhindre krystalisation.

Mærkning

Udløbsdatoen og batchnummer **LOT** er trykt på både karton og tube.

Udgivelsesdato

Oktober 2008

Leveres kun til tandlæger og dentallaboratorier, eller på disses foranledning.

Οδηγίες χρήσεως

Ελληνικά

Ορισμός

Το Speedex Universal Activator είναι αποτυπωτικό υλικό με βάση τη σιλκόνη.

Τύπος υλικού

Ελαστομερές, πολυσιλοξάνη, πολυμεριζόμενη με αντίδραση συμπίκνωσης.
Γενικής χρήσεως καταλύτης πράσινου χρώματος.

Ενδείξεις


Κοινός καταλύτης για το παχύρευστο Speedex (Speedex putty) και για το λεπτόρευστο Speedex (Speedex light body και Speedex medium).

Κλινικός χρόνος

Για το παχύρευστο (υψηλό ιξώδες)



Για το λεπτόρευστο (χαμηλό ιξώδες)



Αντενδείξεις

Δεν υπάρχει καμία γνωστή εφ' όσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεώς του. Σε περίπτωση επαφής του καταλύτη με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο τρεχούμενο νερό και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Ο γενικής χρήσεως καταλύτης δεν είναι ερεθιστικός.

Χρήση

Χρησιμοποιείστε τον καταλύτη μόνο με το παχύρευστο Speedex putty και το λεπτόρευστο Speedex light body / medium. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως των υλικών αυτών.

Διάρκεια ζωής και φύλαξης

Ο καταλύτης Speedex μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την αναγραφόμενη επί της συσκευασίας του ημερομηνία λήξεως εφ' όσον το σωληνάριο είναι καλά κλεισμένο και φυλάσσεται σε θερμοκρασία 15–23 °C / 59–73 °F, σχετική υγρασία 50 % και δεν εκτίθεται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας. Όλοι οι καταλύτες με βάση την Κ-σιλικόνη είναι ευαίσθητοι στην υγρασία. Βεβαιωθείτε μετά από κάθε χρήση ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο για να αποφευχθεί η κρυσταλλοποίηση. Τα αποτυπώματα διατηρούνται στη συνήθη θερμοκρασία δωματίου.

Σήμανση

Η ημερομηνία λήξεως και ο αριθμός παρτίδας **LOT** αναγράφονται και στο σωληνάριο και στην συσκευασία.

Ημερομηνία εκδόσεως οδηγιών χρήσεως

Οκτώβριος 2008

Ο καταλύτης Speedex χρησιμοποιείται μόνο από οδοντίατρος, οδοντοτεχνίτες ή σύμφωνα με τις οδηγίες αυτών.

Speedex Universal Activator

Definição

O activador universal Speedex é um material para impressões à base de silicone.



Tipo de material

Polisiloxano, elastómero de silicone de tipo de condensação.

Activador universal: verde

Indicações

Activador universal para Speedex putty (material de moldeira), Speedex light body (material de correcção) e Speedex medium (material de correcção).

Tempo clínico (material de moldeira)**Tempo clínico (material de correcção)****Contra-indicações**

Não se conhecem contra-indicações desde que o produto seja usado segundo as instruções.

No caso de contacto do catalisador com os olhos, lave com água abundante e consulte um oftalmologista.

Utilização

Use apenas em conjunto com Speedex putty / light body / medium. Leia cuidadosamente as instruções de utilização dos materiais de base.

Durabilidade e armazenagem

O Speedex cumpre o fim para que foi concebido, pelo menos durante o seu período de validade indicado na embalagem, se for armazenado em embalagens bem seladas a temperaturas de 15–23 °C / 59–73 °F e 50 % de humidade relativa do ar. As impressões devem ser armazenadas à temperatura ambiente normal, evitando a exposição ao calor e à luz solar. Todos os activadores de silicone C são sensíveis à humidade. Assegure-se de que a tampa é colocada imediatamente após a utilização para evitar cristalização.

Marcação

A data de expiração e número de **LOT** são indicados na embalagem e cartucho.

Data das instruções de utilização

Outubro de 2008

Fornecido apenas a dentistas e laboratórios dentários ou de acordo com instruções destes.

Tarif

Speedex Universal Aktivator silikon bazlı bir diş ölçü maddesidir.



Malzeme tipi

Polisiloksan, kondensasyon yayımlı elastomer, yüksek akışkan yoğunma maddesi.

Universal aktivator: yeşil

Kullanım alanları

Speedex light-body (düzeltme maddesi), Speedex medium (düzeltme maddesi) ve Speedex putty (kaşık maddesi).

Klinik zamanlar (kaşık maddesi)**Klinik zamanlar (düzeltme maddesi)****Karşı etkiler**

Uygun kullanımda görülmemiştir. Katalizörün gözle teması halinde gözünüzü bol su ile yıkayıp göz doktorunuza baş vurunuz.

Kullanım

Sadece Speedex putty / light body / medium ile kullanılabilir. Bu maddelerin kullanım talimatlarına dikkat ediniz.

Dayanıklılığı ve depolanması

Speedex amacına uygun olarak 15–23 °C / 59–73 °F derecelerde ve % 50 bağıl nem ortamında ambalaj üzerindeki son kullanım tarihine dek kullanılabilir. Ölçüleri oda hararetinde muhafaza ediniz. Yüksek ısı ve güneşten koruyunuz.

Markalama

Son kullanım tarihi ve şarj numarası **LOT** ambalajlarda belirtilmiştir.

Bu kılavuzun basım tarihi

Ekim 2008

Yalnız diş hekimleri ve diş laboratuvarı veya onların siparişi ile verilir.

Определение:



Универсальный активатор Speedex – активатор силиконовых слепочных масс.

Тип материала:

Полисилоксан- эластомер конденсационного типа, универсальный активатор: зеленый

Применение

Универсальный Активатор для Базового Слоя (Speedex putty), корректирующего слоя (light body)

Время при клиническом использовании базовый слой**Время при клиническом использовании корректирующего слоя****Противопоказания:**

При применении по прямому назначению противопоказания не выявлены.

В случае попадания катализатора в глаза, необходимо их обильно промыть водой, после чего обратиться к врачу-офтальмологу.

Использование

Использовать только с Speedex putty/ light body. Пожалуйста применяйте только согласно инструкции производителя.

Хранение

Speedex соответствует своим характеристикам как минимум до момента истечения срока годности, указанного на материале, если упаковка плотно закрыта, при температуре 15-23°C/ 59-77°F и относительной влажности 50%. Слепки можно хранить при комнатной температуре. Избегать воздействия высоких температур и солнечного света. Все компоненты С-силиконовых материалов чувствительны к влажности, пожалуйста закрывайте тубики сразу после использования, для предотвращения полимеризации.

Маркировка

Срок годности и номер лота **LOT** указаны на упаковке.

Инструкция издана в Октябре 2007 г.

Предназначено только для использования только для врачами- стоматологами, техниками в зуботехнических лабораториях или по их поручению.

Дата актуализации Октябрь 2008г.

ИМ05